

Svett-test Macroduct, Arbetsprotokoll

Beställande avd/mott: _____

Läkarsign (enl journalsystem): _____

Utförd på avd/mott/ort: _____

Namn och person-nummer:

Identitet styrkt: Ja Nej Sign _____

Datum: 20____ - ____ - ____

Fullständigt namn på utförare*: _____ Sign: _____ Tel: _____

Utförande	Tid (klockslag)	Svett-produktion (cm)**	Anmärkning	Sign
Start av svett-uppsamling				
Avslut av svett-uppsamling				
Lid-nr placeras här				

***Obs!** Journalför besöket på baksidan av arbetsprotokollet för ev. senare journalföring i DecLab (gäller utförare inom Klinisk kemi Skåne). Kryssa i rutan "Utan anmärkning" om inget inträffat. Signera.

** Vid svett-produktion motsvarande < 7 cm kapillärslang (ca 25 µL) görs ingen kloridanalys.

Svett-klorid körning (20 uL) på Sherwood 926S (Skriv in erhållna värden)

Prov	1	2	Acceptgränser	Anmärkning	Sign
Kalibrator "100"			95-105		
Låg kontroll "30"			28-32		
Patientprov					
Hög kontroll "60"			57-63		

Skriv in svettproduktion (cm kapillärslang), kalibrator-, kontroll- och patientvärde (mmol/L) och utförarsignatur i DecLab respektive QM.

Skriv in batch-datum för kontroll-lot: _____

Instruktion

Svett-test Macroduct, Arbetsprotokoll

Gäller för
Klinisk kemi

SKÅNE

Formulera härunder den text (incidenter mm) som skall gå med svarsrapporten som journalanteckning till journalsystemet och signera.

Utan anmärkning

Signatur: _____

Journalanteckning:

Skriv in batchnr på pilokarpin-gel här:
